

นวัตกรรม...เอาอยู่

หน่วยงาน - พนักงานขับรถ

สภาพปัญหา

อุปกรณ์เดิมเป็นขวดดูดเสมหะกับเครื่องดูดเสมหะ อยู่ในกระเป๋าร่วมกันในที่เก็บโดยใช้สายรัดยึดติดไว้ ระหว่างการใช้งานเครื่องดูดเสมหะล้นบ่อยและไม่สามารถมองเห็นเสมหะที่อยู่ในขวด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
2. เพื่อป้องกันขวดและเครื่องดูดเสมหะล้น

วิธีดำเนินการ

ใช้ขอบวงกบพลาสติกเก่า มาตัดทำเป็นตะขอกว้าง ความกว้างประมาณ 3-4 ซม. อีกด้านติดผนังอีกด้านไว้เกี่ยว และทำที่เก็บขวดใส่เลือด, น้ำเสีย ป้องกันการหกเลอะ และทำที่เก็บสายให้เป็นระเบียบ

ผลการดำเนินงาน

- เริ่มใช้ เมษายน – ปัจจุบัน
- อุปกรณ์ดูดเสมหะยึดติดแน่นไม่เคลื่อนที่

ปัญหา/อุปสรรค

- ผู้รับบริการพึงพอใจ 100%

งบประมาณ

- ตะปูเกลียว 6 ตัว ราคา 3 บาท
- ท่อ PVC กว้าง 2 นิ้ว ยาว 3 เซนติเมตร
- ขอบวงกบ (ประตูเก่า)



นวัตกรรม

ปี 2560